


6/16
11:25

7ヶ所の調整テスト



- PMT 1 R9880 U-210
BAF 2123
- PMT 2 BAF 2963
- PMT 3 BAC7472 (F)
- PMT 4 BAF314 (F)

HV: 12000

回路配線

• TDC オシロスコープが
サマサマして

Run 129 ADC, TDC の
チェック


STOP 信号が 2 山に
なっている

Run 130 coincidence 1 の
gate 幅を
10ns → 67ns
に変更

1 山 だけになった。

TDC 3, 4 が 7-9-70-
意味

7ヶ所の調整テスト



- PMT5 H1161 RA7322 HV 2200
- 6 H1161 RA7023 2200

Aerogel	n	TL(mm)	D(mm)
① MEC2-1a	1.0345	53.0	10.2
② b	1.0344	52.9	10.3
③ c	1.0344	54.6	10.4